

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Gama Probe	11251
Sinônimos	
Gama Probe, Sistema de Sondas Intra-Operatórias	
Classificação	
Médico Assistencial	
Definição e Aplicação	
Sistema de sondas intra-operatórias destinadas a determinar com alta precisão a localização e extensão de um tecido patológico previamente marcado com radioisótopos emissores de raios gama.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 215.419,00	
Equipamento portátil com ou sem fio, sistema composto de sonda intra-operatória de CdTe e ou BGO, módulo de controle e leitura. Indicação sonora quando houver proximidade de uma fonte emissora de raios gamas; Leitura de intervalo de energia que atenda no mínimo a faixa de 140 e 360 keV. Devem acompanhar o equipamento todos acessórios necessários para sua correta utilização, se aplicável.	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): Informar as características das sondas, sistema de controle e sistema de leitura; Informar todos acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento.	
Ambientes	



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.	http://www.ezagbrasil.com.br/	(11)32565757
HPF SURGICAL LTDA	http://www.hpfsurgical.com.br	(31)31941415
LK TECHNOLOGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	http://www.lktechnology.com.br	(11)30959222

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br